



Вих. № 16/4 від 10.03.2026 року

Заступниці міністра охорони здоров'я
Карчевич Марії Володимирівні

Шановна Маріє Володимирівно!

Пропонуємо до Вашої уваги список медичних виробів та обладнання, яким можна доповнити перелік, сформовано відповідно до **наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12 січня 2024 року № 69**. Запропонований список медичних виробів та обладнання складено на основі запитів, які найчастіше надходять до БФ "Пацієнти України" від закладів охорони здоров'я.

№	Назва згідно НК 031:2024	Код виробу згідно НК 031:2024	Детальний опис
1	Хімічні аналізатори низька пропускна здатність (рандомізований доступ без режиму ISE, ≤ 400 тестів/год)	W0201010101	Автоматичний біохімічний аналізатор з низькою пропускною здатністю призначений для використання в районних лікарнях, центрах первинної медико-санітарної допомоги та невеликих лікарнях. Обладнання повинно забезпечувати потреби закладів із невеликим лабораторним навантаженням. Типове навантаження для таких закладів може становити орієнтовно 20–200 тестів на годину, що покриває виконання основного спектра біохімічних досліджень у щоденній клінічній практиці.
2	Хімічні аналізатори – середня пропускна	W0201010102	Автоматичний біохімічний аналізатор з середньою

	здатність (рандомізований доступ без режиму ISE 400 – ≤ 800 тестів/год		пропускною здатністю призначений для використання у кластерних лікарнях, лабораторіях великих багатопрофільних лікарень та обласних центрах. Обладнання повинно забезпечувати обробку великої кількості зразків та стабільну роботу в умовах інтенсивного та безперервного лабораторного навантаження.
3	Автоматичні гематологічні аналізатори цільної крові – низька продуктивність (пропускна здатність ≤ 100 тестів/год)	W0201020101	Автоматичний гематологічний аналізатор цільної крові з низькою продуктивністю призначений для використання в районних лікарнях, центрах первинної медико-санітарної допомоги та невеликих лабораторіях. Обладнання забезпечує проведення основного спектра гематологічних досліджень при помірному лабораторному навантаженні (до 100 тестів/год) та дозволяє виконувати аналізи для щоденної клінічної практики.
4	Автоматичні гематологічні аналізатори цільної крові – середня продуктивність (Пропускна здатність > 100 <= 120 тестів/год)	W0201020102	Автоматичний гематологічний аналізатор цільної крові середньої продуктивності призначений для лабораторій, де обсяг щоденних досліджень більший, ніж у районних чи первинних закладах, але менший ніж у великих багатопрофільних лікарнях.
5	Автоматичні гематологічні аналізатори цільної крові – висока продуктивність	W0201020103	Автоматичний гематологічний аналізатор цільної крові з високою продуктивністю призначений для використання у кластерних лікарнях, великих

	(пропускна здатність > 400 тестів/год)		багатопрофільних лікарнях та обласних лабораторних центрах. Обладнання забезпечує роботу з великою кількістю зразків та стабільне функціонування в умовах інтенсивного і безперервного навантаження
6	Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (з модулем капнографії / EtCO ₂)	Z1203020201	Мультипараметрична система моніторингу пацієнта з вбудованим модулем капнографії (EtCO ₂) для безперервного контролю життєво важливих фізіологічних показників у відділеннях інтенсивної терапії, операційних, приймальних відділеннях, палатах стаціонару.
7	Фіксовані безтіньові лампи	Z12010701	Стельовий двокупольний операційний (хірургічний) світильник для забезпечення інтенсивного, рівномірного та безтіньового освітлення операційного поля під час проведення хірургічних втручань в операційних блоках медичних закладів.
8	Мобільні безтіньові медичні лампи (пересувні, на штативі)	Z12010702	Мобільні безтіньові лампи призначені для забезпечення рівномірного безтіньового освітлення робочого поля під час хірургічних маніпуляцій, оглядів або процедур у різних кабінетах медичного закладу.

З повагою,
Інна Іваненко
Виконавча директорка
БФ «Пацієнти України»