ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
09 листопада 2020 року № 2559
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від _____ 2025 року № ___)

Перелік
матеріально-технічного оснащення відділень анестезіології та інтенсивної терапії і відділень інтенсивної терапії загального профілю закладів охорони здоров’я для дорослих

Таблиця № 1. **Структурний підрозділ з інтенсивної терапії**

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров’я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров’я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров’я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов’язково*	Рекомендовано	Обов’язково*	Рекомендовано	Обов’язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Апарати ШВЛ високого класу (можливість інтелектуальних режимів вентиляції)	1 на 6 ліжок		1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжок	1 на 3 ліжок	На кожне ліжко
2.	Апарат ШВЛ середнього класу (можливість допоміжної і неінвазивної ШВЛ та встановлення параметрів дихання за тиском та за об’ємом)	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	

АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Міністерство охорони здоров`я України
Підписання КЕП Стрілка Василь Євгенійович
AA9288358EC00304000000E7FB2B00DB55C400
Мітка часу: 11.09.2025 12:19:26
Підписання КЕП Стрілка Василь Євгенійович
AA9288358EC00304000000E7FB2B00DB55C400
Мітка часу: 12.09.2025 12:17:46

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Апарат ШВЛ портативний з автономним живленням		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення	2 на відділення	4 на відділення
4.	Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури			1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція		1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція	
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2)				1 на відділення	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко
6.	Монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2)			1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	
7.	Центральна станція моніторингу				1 на структурний підрозділ		1 на структурний підрозділ
8.	Пульсоксиметр портативний	1 на структурний підрозділ	3 на структурний підрозділ	2 на структурний підрозділ	3 на структурний підрозділ	3 на структурний підрозділ	6 на структурний підрозділ

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Пульсоксиметр з можливістю неінвазивного визначення гемоглобіну, метгемоглобіну та карбоксигемоглобіну				1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
10.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	1 на 6 ліжка	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	По 2 на кожне ліжко
11.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)	1 на 6 ліжка	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	По 2 на кожне ліжко
12.	Електрокардіограф портативний	1 на відділення					
13.	Електрокардіостимулятор зовнішній		1 на відділення		1 на відділення	1 на відділення	
14.	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії			1 на відділення	1 на 6 ліжок	1 на 6 ліжок	1 на 6 ліжок
15.	Електровідсмоктувач	1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	
16.	Інгалятор ультразвуковий		1 на відділення	1 на відділення	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко
17.	Ларингоскоп з набором клинків для дорослих та дітей	1 на відділення	2 на відділення	2 на відділення	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів		1 на відділення		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
19.	Апарат для плазмаферезу				1 на відділення	1 на відділення	1 на відділення
20.	Апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка»				1 на відділення	1 на відділення	1 на відділення
21.	Світильник (лампа) безтіньовий пересувний			1 на відділення	2 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
22.	Бактерицидний опромінювач стаціонарний	Відповідно до технічних характеристик опромінювача					
23.	Бактерицидний опромінювавач пересувний	1 на відділення	1 на 6 ліжок	1 на відділення	1 на 6 ліжок	2 на відділення	1 на 3 ліжка
24.	Функціональне ліжко	Відповідно до ліжкового фонду відділення					
25.	Протипролежневий матрац	1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	На кожне ліжко
26.	Настінний зволожувач кисню з флоуметром	На кожне ліжко					
27.	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)	1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	На кожне ліжко
28.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожне ліжко	2 на кожне ліжко	На кожне ліжко	2 на кожне ліжко	2 на кожне ліжко	5 на кожних 2 ліжка

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Каталка	1 на відділення		2 на відділення		2 на відділення	3 на відділення
30.	Столик маніпуляційний/ перев'язувальний пересувний	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	На кожне ліжко
31.	Негатоскоп			1 на відділення			
32.	Апарат рентгенівський діагностичний палатний	Цілодобова можливість проведення рентгенологічних досліджень для пацієнтів у ВАІТ					
33.	Апарат УЗД цифровий з можливістю проведення кольорової доплерографії і набором датчиків, у тому числі для транскраніальної доплерографії	Цілодобова можливість проведення досліджень для пацієнтів у ВАІТ				1 на відділення	1 на 6 ліжок
34.	Фібробронхоскоп		1 на відділення		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
35.	Аналізатор газів крові	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам ВАІТ з отриманням результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору		1 на відділення			
36.	Лабораторні аналізатори	Цілодобова можливість виконання клінічного та біохімічного аналізу біологічних рідин, а також коагулограми пацієнтам ВАІТ					
37.	Мікроскоп				1 на відділення	1 на відділення	
38.	Глюкометр	1 на відділення					

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Центрифуга			1 на відділення			
40.	Холодильник	2 на відділення					
41.	Морозильна камера	1 на відділення					
42.	Термоковдра	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
43.	Помпа для безперервного зондового годування			1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
44.	Пристрій для підйому лежачих хворих				1 на відділення	1 на відділення	
45.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою, щипцями Маггіла, роторозширювачем)	1 на відділення		1 на відділення		2 на відділення	
46.	Набір для конікопункції	1 на відділення		2 на відділення			
47.	Набір для перкутанної дилятаційної трахеостомії	1 на відділення		2 на відділення			
48	Пристрій для внутрішньокісткових ін'єкцій		1 на відділення	1 на відділення			
49.	Тромбоеластограф				1 на відділення		1 на відділення

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	Прилад для проведення високопотокової оксигенотерапії					1 на відділення	1 на відділення
51.	Апарат для проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації						1 на відділення

Таблиця № 2. **Операційний блок**

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наркозно-дихальний апарат з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоковому режимі та з системами повного		1 на 3 столи	1 на 3 столи		1 на 3 столи	На кожен операційний стіл

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
	анестезіологічного моніторингу						
2.	Мультигазовий аналізатор				1 на 6 столів	1 на 6 столів	
3.	Наркозно-дихальний апарат		1 на 3 столи	1 на 2 столи			
4.	Компресор для забезпечення роботи дихальної та наркозно-дихальної апаратури	1 на кожен апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція					
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю вимірювання АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t	На кожен операційний стіл		На кожен операційний стіл	На кожен операційний стіл. У тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на операційний блок	На кожен операційний стіл. У тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на 6 столів	На кожен операційний стіл. У тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на 3 столи
6.	Пульсоксиметр портативний		1 на операційний блок	2 на операційний блок			

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	BIS-монітор для контролю глибини седації та наркозу				1 на операційний блок	1 на операційний блок	2 на операційний блок
8.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	3 на операційний блок	1 на операційний стіл	По 1 на кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл	По 3 на кожен операційний стіл
9.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)		1 на 3 столи	1 на 3 столи	По 1 на кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл	По 3 на кожен операційний стіл
10.	Пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском		1 на операційний блок		1 на операційний блок	1 на операційний блок	На кожен операційний стіл
11.	Стимулятор периферичних нервів для моніторування глибини міорелаксації				1 на операційний блок	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл
12.	Стимулятор периферичних нервів для проведення провідникових анестезій (для відділень, які використовують провідникову анестезію)				1 на операційний блок	1 на операційний блок	
13.	Електрокардіограф портативний	1 на операційний блок					

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Електрокардіостимулятор зовнішній				1 на операційний блок		1 на операційний блок
15.	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії			1 на операційний блок		1 на 6 столів	1 на 3 столи
16.	Електровідсмоктувач	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл	На кожен операційний стіл			
17.	Ларингоскоп з набором клинків для дорослих	На кожен операційний стіл					
18.	Ларингоскоп з набором клинків для дітей	1 на операційний блок					
19.	Відеоларингоскоп			1 на 3 столи	1 на операційний блок	1 на 3 столи	1 на операційний блок
20.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою, щипцями Маггіла, роторозширювачем)		1 на операційний блок	1 на операційний блок		1 на операційний блок	1 на 3 столи
21.	Набір для конікопункції/перкутанної трахеостомії	1 на операційний блок					
22.	Обладнання для зігрівання хворих під час операцій				1 на операційний блок	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
	(компресор для форсованого подання підігрітого повітря в конвекційні ковдри або провідникова зігріваюча система з гелевим матрацом)						
23.	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів				1 на операційний блок	1 на операційний блок	
24.	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)	На кожен операційний стіл					
25.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	3 на кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	3 на кожен операційний стіл
26.	Столик медичної сестри-анестезистки	На кожен операційний стіл					
27.	Апарат УЗД цифровий із набором датчиків				1 на операційний блок	1 на операційний блок	
28.	Фібробронхоскоп				Цілодобова можливість проведення фібро бронхоскопії для пацієнтів	Цілодобова можливість проведення фібро бронхоскопії для пацієнтів операційного блоку	

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
					операційного блоку		
29.	Аналізатор газів крові	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам операційного блоку з отримання результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору					
30.	Глюкометр	1 на операційний блок					

*для закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності

Директор Департаменту
високотехнологічної медичної
допомоги та інновацій **Василь СТРІЛКА**