ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про систему анестезіологічної та інтенсивної допомоги в Україні»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974	
Відповідно до пунктів 4, 9 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення обліку в закладах охорони здоров'я **НАКАЗУЮ:** 1. Затвердити: 1.1. Форму первинної облікової документації № 001/о "Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються. … 1.44. Форму первинної облікової документації № 511/о «Довідка №___ про фіксацію тілесних ушкоджень» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються. **Відсутній**	Відповідно до пунктів 4, 9 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення обліку в закладах охорони здоров'я **НАКАЗУЮ:** 1. Затвердити: 1.1. Форму первинної облікової документації № 001/о "Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються. … 1.44. Форму первинної облікової документації № 511/о «Довідка №___ про фіксацію тілесних ушкоджень» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються. **1.45. Форму первинної облікової документації № 003-15/о «Карта інтенсивної терапії» та Інструкцію щодо її заповнення**
Перелік матеріально-технічного оснащення відділень анестезіології та інтенсивної терапії і відділень інтенсивної терапії ців охорони здоров'я для дорослих, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України	

АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Міністерство охорони здоров`я України
Підписання КЕП Стрілка Василь Євгенійович
3FAA9288358EC00304000000E7FB2B00DB55C400
Мітка часу: 12.09.2025 12:17:50

від 09 листопада 2020 року № 2559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2022 року за № 561/37897 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11 травня 2022 року № 788)

Таблиця № 1. **Структурний підрозділ з інтенсивної терапії**

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання			
		Заклад охорони здоров'я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу		Заклад охорони здоров'я, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6
1.	Апарати ШВЛ високого класу (можливість інтелектуальних режимів вентиляції)		1 на 6 ліжок	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка
2.	Апарат ШВЛ середнього класу (можливість допоміжної і неінвазивної ШВЛ та	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	

Таблиця № 1. **Структурний підрозділ з інтенсивної терапії**

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		**Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня**		**Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня**	
		Обов'язково*	**Рекомендовано**	**Обов'язково***	**Рекомендовано**	**Обов'язково***	**Рекомендовано**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	Апарати ШВЛ високого класу (можливість інтелектуальних режимів вентиляції)	1 на 6 ліжок		1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжок	1 на 3 ліжок	На кожне ліжко
2.	Апарат ШВЛ середнього класу (можливість допоміжної і	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	

	встановлення параметрів дихання за тиском та за об’ємом)				
3.	Апарат ШВЛ портативний з автономним живленням	1 на відділення	2 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
4.	Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури	1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція		1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція	
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС,		1 на відділення	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко

	неінвазивної ШВЛ та встановлення параметрів дихання за тиском та за об’ємом)						
3.	Апарат ШВЛ портативний з автономним живленням		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення	2 на відділення	4 на відділення
4.	Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури			1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція		1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція	
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2)				1 на відділення	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко

	ЕКГ, SpO_2, t, CO_2)				
6.	Монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2)	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	
7.	Центральна станція моніторингу		1 на структурний підрозділ		1 на структурний підрозділ
8.	Пульсоксиметр портативний	2 на структурний підрозділ			
9.	Пульсоксиметр з можливістю неінвазивного визначення гемоглобіну,		1 на відділення		2 на відділення

6.	Монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2)			1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	
7.	Центральна станція моніторингу				1 на структурний підрозділ		1 на структурний підрозділ
8.	Пульсоксиметр портативний	1 на структурний підрозділ	3 на структурний підрозділ	2 на структурний підрозділ	3 на структурний підрозділ	3 на структурний підрозділ	6 на структурний підрозділ
9.	Пульсоксиметр з можливістю неінвазивного визначення гемоглобіну, метгемоглобіну та				1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення

	метгемоглобіну та карбоксигемоглобіну				
10.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	По 2 на кожне ліжко
11.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	По 2 на кожне ліжко
12.	Електрокардіограф портативний	1 на відділення			
13.	Електрокардіостимулятор зовнішній		1 на відділення	1 на відділення	
14.	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії	1 на відділення	1 на 6 ліжок	1 на 6 ліжок	На кожне ліжко
15.	Електровідсмоктувач	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	

	карбоксигемоглобіну						
10.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	1 на 6 ліжка	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	По 2 на кожне ліжко
11.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)	1 на 6 ліжка	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	По 2 на кожне ліжко
12.	Електрокардіограф портативний	1 на відділення					
13.	Електрокардіостимулятор зовнішній		1 на відділення		1 на відділення	1 на відділення	
14.	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії			1 на відділення	1 на 6 ліжок	1 на 6 ліжок	1 на 6 ліжок
15.	Електровідсмоктувач	1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	

16.	Інгалятор ультразвуковий	1 на відділення	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко
17.	Ларингоскоп з набором клинків для дорослих та дітей	2 на відділення	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
18.	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
19.	Апарат для плазмаферезу		1 на відділення		1 на відділення
20.	Апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка»		1 на відділення	1 на відділення	1 на відділення
21.	Світильник (лампа) безтіньовий пересувний	1 на відділення	2 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
22.	Бактерицидний опромінювач	Відповідно до технічних характеристик опромінювача			

16.	Інгалятор ультразвуковий		1 на відділення	1 на відділення	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко
17.	Ларингоскоп з набором клинків для дорослих та дітей	1 на відділення	2 на відділення	2 на відділення	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
18.	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів		1 на відділення		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
19.	Апарат для плазмаферезу				1 на відділення	1 на відділення	1 на відділення
20.	Апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка»				1 на відділення	1 на відділення	1 на відділення
21.	Світильник (лампа) безтіньовий пересувний			1 на відділення	2 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
22.	Бактерицидний	Відповідно до технічних характеристик опромінювача					

	стаціонарний				
23.	Бактерицидний опромінювач пересувний	1 на відділення	1 на 6 ліжок	2 на відділення	1 на 3 ліжка
24.	Функціональне ліжко	Відповідно до ліжкового фонду відділення			
25.	Протипролежневий матрац	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
26.	Настінний зволожувач кисню з флоуметром	На кожне ліжко			
27.	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
28.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожне ліжко	2 на кожне ліжко	2 на кожне ліжко	5 на кожних 2 ліжка
29.	Каталка	2 на відділення		2 на відділення	3 на відділення
30.	Столик маніпуляці	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко

	опромінювач стаціонарний						
23.	Бактерицидний опромінювач пересувний	1 на відділення	1 на 6 ліжок	1 на відділення	1 на 6 ліжок	2 на відділення	1 на 3 ліжка
24.	Функціональне ліжко	Відповідно до ліжкового фонду відділення					
25.	Протипролежневий матрац	1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	На кожне ліжко
26.	Настінний зволожувач кисню з флоуметром	На кожне ліжко					
27.	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)	1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	На кожне ліжко
28.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожне ліжко	2 на кожне ліжко	На кожне ліжко	2 на кожне ліжко	2 на кожне ліжко	5 на кожних 2 ліжка
29.	Каталка	1 на відділення		2 на відділення		2 на відділення	3 на відділення

	йний/ перев'язувальний пересувний				
31.	Негатоскоп	1 на відділення			
32.	Апарат рентгенівський діагностичний палатний	Цілодобова можливість проведення рентгенологічних досліджень для пацієнтів у ВАІТ			
33.	Апарат УЗД цифровий з можливістю проведення кольорової доплерографії і набором датчиків, у тому числі для транскраніальної доплерографії	Цілодобова можливість проведення досліджень для пацієнтів у ВАІТ		1 на відділення	1 на 6 ліжок
34.	Фібробронхоскоп		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
35.	Аналізатор газів крові	Цілодобова можливість проведення		Цілодобова можливість проведення	1 на відділення

30.	Столик маніпуляційний/ перев'язувальний пересувний	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	На кожне ліжко
31.	Негатоскоп			1 на відділення			
32.	Апарат рентгенівський діагностичний палатний	Цілодобова можливість проведення рентгенологічних досліджень для пацієнтів у ВАІТ					
33.	Апарат УЗД цифровий з можливістю проведення кольорової доплерографії і набором датчиків, у тому числі для транскраніальної доплерографії	Цілодобова можливість проведення досліджень для пацієнтів у ВАІТ				1 на відділення	1 на 6 ліжок
34.	Фібробронхоскоп		1 на відділення		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
35.	Аналізатор газів крові	Цілодобова можливість проведення		1 на відділення			

		досліджень пацієнтам ВАІТ з отриманням результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору	досліджень пацієнтам ВАІТ з отриманням результатів протягом 15-20 хвилин		
36.	Лабораторні аналізатори	Цілодобова можливість виконання клінічного та біохімічного аналізу біологічних рідин, а також коагулограми пацієнтам ВАІТ			
37.	Мікроскоп		1 на відділення	1 на відділення	
38.	Глюкометр	1 на відділення			
39.	Центрифуга	1 на відділення			
40.	Холодильник	2 на відділення			
41.	Морозильна камера	1 на відділення			
42.	Термоковдра		1 на 3 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
43.	Помпа для безперервного зондового годування		1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
44.	Пристрій для підйому		1 на відділення	1 на відділення	

		досліджень пацієнтам ВАІТ з отриманням результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору					
36.	Лабораторні аналізатори	Цілодобова можливість виконання клінічного та біохімічного аналізу біологічних рідин, а також коагулограми пацієнтам ВАІТ					
37.	Мікроскоп				1 на відділення	1 на відділення	
38.	Глюкометр	1 на відділення					
39.	Центрифуга			1 на відділення			
40.	Холодильник	2 на відділення					
41.	Морозильна камера	1 на відділення					
42.	Термоковдра	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
43.	Помпа для безперервного зондового годування			1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
44.	Пристрій для підйому лежачих хворих				1 на відділення	1 на відділення	

	лежачих хворих			
45.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою, щипцями Маггіла, роторозширювачем)	1 на відділення		
46.	Набір для конікопункції	1 на відділення		
47.	Набір для перкутанної дилятаційної трахеостомії	1 на відділення		
48	Пристрій для внутрішньокісткових ін’єкцій	1 на відділення		

45.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою, щипцями Маггіла, роторозширювачем)	1 на відділення		1 на відділення		2 на відділення	
46.	Набір для конікопункції	1 на відділення		2 на відділення			
47.	Набір для перкутанної дилятаційної трахеостомії	1 на відділення		2 на відділення			
48	Пристрій для внутрішньокісткових ін’єкцій		1 на відділення	1 на відділення			
49.	Тромбоеластограф				1 на відділення		1 на відділення
50.	Прилад для проведення високопотокової					1 на відділення	1 на відділення

49.	Тромбоеластограф				1 на відділення
50.	Прилад для проведення високопотокової оксигенотерапії				1 на відділення

Таблиця № 2. **Операційний блок**

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання			
		Заклад охорони здоров'я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу		Заклад охорони здоров'я, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу	
		Обов'язково	Рекомендовано	Обов'язково	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6
1.	Наркозно-дихальний апарат з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоковому режимі	1 на 3 столи		1 на 3 столи	На кожен операційний стіл

	оксигенотерапії						я
51.	Апарат для проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації						1 на відділення

Таблиця № 2. **Операційний блок**

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наркозно-дихальний апарат з можливістю проведення інгаляційної анестезії		1 на 3 столи	1 на 3 столи		1 на 3 столи	На кожен операційний стіл

	та з системами повного анестезіологічного моніторингу				
2.	Мультигазовий аналізатор		1 на 6 столів	1 на 6 столів	
3.	Наркозно-дихальний апарат	2 на 3 столи			
4.	Компресор для забезпечення роботи дихальної та наркозно-дихальної апаратури	1 на кожен апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція			
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю вимірювання АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t	На кожен операційний стіл	у тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та	у тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС,	у тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на 3 столи

	галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоковому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу						
2.	Мультигазовий аналізатор				1 на 6 столів	1 на 6 столів	
3.	Наркозно-дихальний апарат		1 на 3 столи	1 на 2 столи			
4.	Компресор для забезпечення роботи дихальної та наркозно-дихальної апаратури	1 на кожен апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція					
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю вимірюванн	На кожен операційний стіл	На кожен операційний стіл	На кожен операційний	На кожен операційний стіл. У тому числі з	На кожен операційний стіл. У тому	

			неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на операційний блок	ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на 6 столів			я АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t			стіл. У тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на операційний блок	можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на 6 столів	числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на 3 столи
6.	Пульсоксиметр портативний	2 на операційний блок										
7.	BIS-монітор для контролю глибини седації та наркозу		1 на операційний блок	1 на операційний блок	2 на операційний блок							
8.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	1 на операційний стіл	На кожен операційний стіл	На кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл							
9.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)		1 на 3 столи	1 на 3 столи	По 1 на кожен операційний стіл							
10.	Пристрій для прискореної внутрішньове		1 на операційний блок	1 на операційний блок	На кожен операційний стіл							

	нної інфузії під тиском				
11.	Стимулятор периферичних нервів для моніторування глибини міорелаксації		1 на операційний блок	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл
12.	Стимулятор периферичних нервів для проведення провідникових анестезій (для відділень, які використовують провідникову анестезію)		1 на операційний блок	1 на операційний блок	
13.	Електрокардіограф портативний	1 на операційний блок			
14.	Електрокардіостимулятор зовнішній		1 на операційний блок		1 на операційний блок
15.	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії	1 на операційний блок		1 на 6 столів	1 на 3 столи

6.	Пульсоксиметр портативний		1 на операційний блок	2 на операційний блок			
7.	BIS-монітор для контролю глибини седації та наркозу				1 на операційний блок	1 на операційний блок	2 на операційний блок
8.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	3 на операційний блок	1 на операційний стіл	По 1 на кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл	По 3 на кожен операційний стіл
9.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)		1 на 3 столи	1 на 3 столи	По 1 на кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл	По 3 на кожен операційний стіл
10.	Пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском		1 на операційний блок		1 на операційний блок	1 на операційний блок	На кожен операційний стіл

16.	Електровідсмоктувач	На кожен операційний стіл			
17.	Ларингоскоп з набором клинків для дорослих	На кожен операційний стіл			
18.	Ларингоскоп з набором клинків для дітей	1 на операційний блок			
19.	Відеоларингоскоп		1 на операційний блок		1 на операційний блок
20.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою, щипцями Маггіла, роторозширювачем)	1 на операційний блок		1 на операційний блок	1 на 3 столи
21.	Набір для конікопункції /перкутанної трахеостомії	1 на операційний блок			

11.	Стимулятор периферичних нервів для моніторування глибини міорелаксації				1 на операційний блок	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл
12.	Стимулятор периферичних нервів для проведення провідникових анестезій (для відділень, які використовують провідникову анестезію)				1 на операційний блок	1 на операційний блок	
13.	Електрокардіограф портативний	1 на операційний блок					
14.	Електрокардіостимулятор зовнішній				1 на операційний блок		1 на операційний блок

22.	Обладнання для зігрівання хворих під час операцій (компресор для форсованого подання підігрітого повітря в конвекційні ковдри або провідникова зігріваюча система з гелевим матрацом)		1 на операційний блок	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл
23.	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів		1 на операційний блок	1 на операційний блок	
24.	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)	На кожен операційний стіл			
25.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	3 на кожен операційний стіл

15.	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії			1 на операційний блок		1 на 6 столів	1 на 3 столи
16.	Електровідсмоктувач	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл	На кожен операційний стіл			
17.	Ларингоскоп з набором клинків для дорослих	На кожен операційний стіл					
18.	Ларингоскоп з набором клинків для дітей	1 на операційний блок					
19.	Відеоларингоскоп			1 на 3 столи	1 на операційний блок	1 на 3 столи	1 на операційний блок
20.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою,		1 на операційний блок	1 на операційний блок		1 на операційний блок	1 на 3 столи

26.	Столик медичної сестри-анестезистки	На кожен операційний стіл		
27.	Апарат УЗД цифровий із набором датчиків		1 на операційний блок	1 на операційний блок
28.	Фібробронхоскоп		Цілодобова можливість проведення фібробронхоскопії для пацієнтів в операційного блоку	Цілодобова можливість проведення фібробронхоскопії для пацієнтів операційного блоку
29.	Аналізатор газів крові	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам операційного блоку з отримання результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору		
30.	Глюкометр	1 на операційний блок		

*для закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності

	щипцями Маггіла, роторозширювачем)					
21.	Набір для конікопункції/перкутанної трахеостомії	1 на операційний блок				
22.	Обладнання для зігрівання хворих під час операцій (компресор для форсованого подання підігрітого повітря в конвекційні ковдри або провідникова зігріваюча система з гелевим матрацом)			1 на операційний блок	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл
23.	Універсальна система підігріву і зберігання у			1 на операційни	1 на операційний блок	

	теплому вигляді інфузійних розчинів				й блок		
24.	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)	На кожен операційний стіл					
25.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	3 на кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	3 на кожен операційний стіл
26.	Столик медичної сестри-анестезистки	На кожен операційний стіл					
27.	Апарат УЗД цифровий із набором датчиків				1 на операційний блок	1 на операційний блок	
28.	Фібробронхоскоп				Цілодобова можливість проведенн	Цілодобова можливість проведення фібробронхоскопії для пацієнтів операційного блоку	

					я фібро бронхоскопії для пацієнтів операційного блоку	
29.	Аналізатор газів крові	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам операційного блоку з отримання результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору				
30.	Глюкометр	1 на операційний блок				

_____

*для закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності

Переліку матеріально-технічного оснащення відділень анестезіології та інтенсивної терапії і відділень інтенсивної терапії загального профілю закладів охорони здоров’я для дітей, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 листопада 2020 року № 2559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2022 року за № 561/3789 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 травня 2022 року № 788)

Таблиця № 1. **Структурний підрозділ з інтенсивної терапії**	Таблиця № 1. **Структурний підрозділ з інтенсивної терапії**

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання			
		Заклад охорони здоров'я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу		Заклад охорони здоров'я, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу	
		Обов'язково*	Рекомендовано	Обов'язково*	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6
1.	Апарати ШВЛ високого класу		1 на 6 ліжок	1 на 6 ліжок	На кожне ліжко
2.	Апарат ШВЛ середнього класу (можливість допоміжної і неінвазивної ШВЛ та встановлення параметрів дихання за тиском та за об'ємом)	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко (не забезпечене апаратом ШВЛ високого класу)	
3.	Апарат ШВЛ портативний з автономним живленням	1 на відділення	2 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
4.	Компресор для забезпечення	1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1		1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1	

№ з/п	**Найменування обладнання**	**Кількість виробів/одиниць обладнання**					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		**Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня**		**Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня**	
		Обов'язково*	**Рекомендовано**	**Обов'язково***	**Рекомендовано**	**Обов'язково***	**Рекомендовано**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Апарати ШВЛ високого класу (можливість інтелектуальних режимів вентиляції)	1 на 6 ліжок		1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжок	1 на 3 ліжок	На кожне ліжко
2.	Апарат ШВЛ середнього класу (можливість допоміжної і неінвазивної ШВЛ	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	

	роботи дихальної апаратури	централізована компресорна станція		централізована компресорна станція	
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2)	1 на відділення	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко
6.	Монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t)	На кожне ліжко			
7.	Пульсоксиметр портативний	2 на відділення			

	та встановлення параметрів дихання за тиском та за об’ємом)						
3.	Апарат ШВЛ портативний з автономним живленням		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення	2 на відділення	4 на відділення
4.	Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури			1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція		1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція	
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2)				1 на відділення	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко
6.	Монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2)			1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	

8.	Пульсоксиметр з можливістю неінвазивного визначення гемоглобіну, метгемоглобіну та карбоксигемоглобіну				1 на відділення
9.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	На кожне ліжко		2 на кожне ліжко	3 на кожне ліжко
10.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	По 2 на кожне ліжко
11.	Електрокардіограф портативний	1 на відділення			
12.	Електрокардіостимулятор зовнішній		1 на відділення	1 на відділення	
13.	Дефібрилятор з функціями кардіостимул	1 на відділення	1 на 3 ліжка	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка

7.	Пульсоксиметр портативний	1 на структурний підрозділ	3 на структурний підрозділ	2 на структурний підрозділ	3 на структурний підрозділ	3 на структурний підрозділ	6 на структурний підрозділ
8.	Пульсоксиметр з можливістю неінвазивного визначення гемоглобіну, метгемоглобіну та карбоксигемоглобіну				1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
9.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	1 на 6 ліжка	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	По 2 на кожне ліжко
10.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)	1 на 6 ліжка	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	По 2 на кожне ліжко
11.	Електрокардіограф портативний	1 на відділення					
12.	Електрокардіостимулятор зовнішній		1 на відділення		1 на відділення	1 на відділення	

	яції та кардіоверсії				
14.	Електровідсмоктувач (або централізована вакуумна мережа)	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	
15.	Інгалятор ультразвуковий	2 на відділення	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
16.	Ларингоскоп з набором клинків	2 на відділення	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
17.	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів	1 на відділення		1 на відділення	2 на відділення
18.	Апарат для плазмаферезу		1 на відділення		1 на відділення
19.	Апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка»		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення

13.	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії			1 на відділення	1 на 6 ліжок	1 на 6 ліжок	1 на 6 ліжок
14.	Електровідсмоктувач (або централізована вакуумна мережа)	1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	
15.	Інгалятор ультразвуковий		1 на відділення	1 на відділення	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко
16.	Ларингоскоп з набором клинків для дорослих та дітей	1 на відділення	2 на відділення	2 на відділення	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
17.	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів		1 на відділення		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
18.	Апарат для плазмаферезу				1 на відділення	1 на відділення	1 на відділення
19.	Апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка»				1 на відділення	1 на відділення	1 на відділення

20.	Світильник (лампа) безтіньовий пересувний	1 на відділення	2 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
21.	Бактерицидний опромінювач стаціонарний	Відповідно до технічних характеристик опромінювача			
22.	Бактерицидний опромінювавач пересувний	1 на відділення	1 на 6 ліжок	2 на відділення	1 на 3 ліжка
23.	Функціональне ліжко	Відповідно до ліжкового фонду відділення			
24.	Ліжко з підігрівом для відділень, які лікують новонароджених пацієнтів	Відповідно до ліжкового фонду відділення			
25.	Протипролежневий матрац	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
26.	Настінний зволожувач кисню з флоуметром	На кожне ліжко			
27.	Мішок ручної вентиляції	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко

20.	Світильник (лампа) безтіньовий пересувний			1 на відділення	2 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
21.	Бактерицидний опромінювач стаціонарний	Відповідно до технічних характеристик опромінювача					
22.	Бактерицидний опромінювавач пересувний	1 на відділення	1 на 6 ліжок	1 на відділення	1 на 6 ліжок	2 на відділення	1 на 3 ліжка
23.	Функціональне ліжко	Відповідно до ліжкового фонду відділення					
24	Ліжко з підігрівом для відділень, які лікують новонароджених пацієнтів	Відповідно до ліжкового фонду відділення					
25.	Протипролежневий матрац	1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	На кожне ліжко
26.	Настінний зволожувач кисню з флоуметром	На кожне ліжко					
27.	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)	1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	На кожне ліжко

	легень (типу Амбу)				
28.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожне ліжко	2 на кожне ліжко	2 на кожне ліжко	5 на кожних 2 ліжка
29.	Каталка	2 на відділення		2 на відділення	3 на відділення
30.	Столик маніпуляційний/ перев'язувальний пересувний	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
31.	Негатоскоп	1 на відділення			
32.	Апарат рентгенівський діагностичний палатний	Цілодобова можливість проведення рентгенологічних досліджень для пацієнтів у ВАІТ			
33.	Апарат УЗД цифровий з можливістю проведення кольорової доплерграфії і набором датчиків, у тому числі для транскраніальної	Цілодобова можливість проведення досліджень для пацієнтів у ВАІТ	1 на відділення	1 на відділення	1 на відділення

28.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожне ліжко	2 на кожне ліжко	На кожне ліжко	2 на кожне ліжко	2 на кожне ліжко	5 на кожних 2 ліжка
29.	Каталка	1 на відділення		2 на відділення		2 на відділення	3 на відділення
30.	Столик маніпуляційний/ перев'язувальний пересувний	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко	На кожне ліжко	На кожне ліжко
31.	Негатоскоп			1 на відділення			
32.	Апарат рентгенівський діагностичний палатний	Цілодобова можливість проведення рентгенологічних досліджень для пацієнтів у ВАІТ					
33.	Апарат УЗД цифровий з можливістю проведення кольорової доплерографії і набором датчиків, у тому числі для транскраніальної доплерографії	Цілодобова можливість проведення досліджень для пацієнтів у ВАІТ				1 на відділення	1 на 6 ліжок

	доплерографії				
34.	Фібробронхоскоп		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
35.	Газоаналізатор крові з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам ВАІТ з отриманням результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору		Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам ВАІТ з отриманням результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору	1 на відділення
36.	Лабораторні аналізатори	Цілодобова можливість проведення клінічного та біохімічного аналізу біологічних рідин, а також коагулограми пацієнтам ВАІТ			
37.	Мікроскоп		1 на відділення	1 на відділення	
38.	Центрифуга	1 на відділення	2 на відділення	Цілодобова можливість використа	1 на відділення
34.	Фібробронхоскоп		1 на відділення		1 на відділення	1 на відділення	2 на відділення
35.	Аналізатор газів крові	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам ВАІТ з отриманням результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору	1 на відділення				
36.	Лабораторні аналізатори	Цілодобова можливість виконання клінічного та біохімічного аналізу біологічних рідин, а також коагулограми пацієнтам ВАІТ					
37.	Мікроскоп				1 на відділення	1 на відділення	
38.	Центрифуга			1 на відділення			
39.	Холодильник	2 на відділення					

				ння за потреби	
39.	Холодильник	2 на відділення			
40.	Морозильна камера	1 на відділення			
41.	Обладнання для зігрівання хворих (компресор для форсованого подання нагрітого повітря в конвекційні ковдри)	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 6 ліжок	1 на 4 ліжка
42.	Помпа для безперервного зондового годування		1 на 3 ліжка	1 на 3 ліжка	На кожне ліжко
43.	Пристрій для підйому лежачих хворих		1 на відділення	1 на відділення	
44.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним	1 на відділення			

40.	Морозильна камера	1 на відділення					
41.	Обладнання для зігрівання хворих (компресор для форсованого подання нагрітого повітря в конвекційні ковдри)	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 6 ліжок	1 на 3 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
42.	Помпа для безперервного зондового годування			1 на 6 ліжок	1 на 2 ліжка	1 на 2 ліжка	На кожне ліжко
43.	Пристрій для підйому лежачих хворих				1 на відділення	1 на відділення	
44.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою, щипцями Маггіла, роторозширювачем)	1 на відділення		1 на відділення		2 на відділення	
45.	Набір для конікопункції	1 на відділення		2 на відділення			

	бужем, ларингеальною трубкою, щипцями Маггіла, роторозширювачем)				
45.	Набір для конікупункції	1 на відділення			
46.	Набір для перкутанної дилятаційної трахеостомії	1 на відділення			
47.	Пристрій для внутрішньокісткових ін’єкцій	1 на відділення			
48.	Тромбоеластограф				1 на відділення
49.	Апарат для високочастотної штучної вентиляції легень		1 на відділення	1 на відділення	
50.	Апарат для проведення перитонеального діалізу		1 на відділення	1 на відділення	

46.	Набір для перкутанної дилятаційної трахеостомії	1 на відділення		2 на відділення			
47	Пристрій для внутрішньокісткових ін’єкцій		1 на відділення	1 на відділення			
48.	Тромбоеластограф				1 на відділення		1 на відділення
49.	Апарат для високочастотної штучної вентиляції легень				1 на відділення	1 на відділення	
50.	Апарат для проведення перитонеального діалізу				1 на відділення	1 на відділення	
51.	Лампа для фототерапії (для відділень, які лікують новонароджених)	1 на відділення		2 на відділення		3 на відділення	
52.	Апарат для проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації						1 на відділення

51.	Лампа для фототерапії (для відділень, які лікують новонароджених)	1 на відділення	2 на відділення	2 на відділення	3 на відділення
52.	Апарат для проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації				1 на відділення
53.	Прилад для проведення високопотокової оксигенотерапії				1 на відділення

Таблиця № 2. **Операційний блок**

53.	Прилад для проведення високопотокової оксигенотерапії				1 на відділення		2 на відділення

Таблиця № 2. **Операційний блок**

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання					
		Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії першого рівня		**Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії другого рівня**		**Заклад охорони здоров'я, який має відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії третього рівня**	
		Обов'язково*	**Рекомендовано**	**Обов'язково***	**Рекомендовано**	**Обов'язково***	**Рекомендовано**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наркозно-дихальний апарат з можливістю		1 на 3 столи	1 на 3 столи		1 на 3 столи	На кожен операційний стіл

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість виробів/одиниць обладнання			
		Заклад охорони здоров'я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу		Заклад охорони здоров'я, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу	
		Обов'язково	Рекомендовано	Обов'язково	Рекомендовано
1	2	3	4	5	6
1.	Наркозно-дихальний апарат з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низько потоковому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл	На кожен операційний стіл	
2.	Наркозно-дихальний апарат	2 на 3 столи			

	проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоковому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу					
2.	Мультигазовий аналізатор				1 на 6 столів	1 на 6 столів
3.	Наркозно-дихальний апарат		1 на 3 столи	1 на 2 столи		
4.	Компресор для забезпечення роботи дихальної та наркозно-дихальної апаратури	1 на кожен апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція				
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю	На кожен операційний стіл		На кожен операц	На кожен операційний	На кожен операційний стіл. У тому числі з	На кожен операційний стіл. У тому числі з можливістю

3.	Мультигазовий аналізатор		1 на операційний блок	1 на 6 столів		вимірювання АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t		ційний стіл	й стіл. У тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на операційний блок	можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на 6 столів	інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t,CO_2) - 1 на 3 столи
4.	Компресор для забезпечення роботи дихальної та наркозно-дихальної апаратури	1 на кожний апарат з пневмоприводом або 1 централізована компресорна станція									
5.	Монітор пацієнта поліфункціональний з можливістю вимірювання АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2	На кожен операційний стіл	у тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2) - 1 на операційний блок	у тому числі з можливістю інвазивного вимірювання гемодинаміки (інвазивний та неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO_2, t, CO_2) - на кожен операційний стіл							

6.	Пульсоксиметр портативний	2 на операційний блок			
7.	BIS-монітор для контролю глибини седації та наркозу		1 на відділення		1 на відділення
8.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	На кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	На кожен операційний стіл
9.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)	1 на 6 столів	1 на 3 столи	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл
10.	Пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском		1 на операційний блок	1 на операційний блок	На кожен операційний стіл
11.	Стимулятор периферичних нервів для моніторування глибини міорелаксації		1 на операційний блок	1 на 2 столи	На кожен операційний стіл

6.	Пульсоксиметр портативний		1 на операційний блок	2 на операційний блок			
7.	BIS-монітор для контролю глибини седації та наркозу				1 на операційний блок	1 на операційний блок	2 на операційний блок
8.	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа)	3 на операційний блок	1 на операційний стіл	По 1 на кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл	По 3 на кожен операційний стіл
9.	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа)		1 на 3 столи	1 на 3 столи	По 1 на кожен операційний стіл	По 2 на кожен операційний стіл	По 3 на кожен операційний стіл
10.	Пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском		1 на операційний блок		1 на операційний блок	1 на операційний блок	На кожен операційний стіл
11.	Стимулятор периферичних нервів для моніторуванн				1 на операційний блок	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл

12.	Стимулятор периферичних нервів для проведення провідникових анестезій (для відділень, які використовують провідникову анестезію)		1 на операційний блок	1 на 6 столів	На кожен операційний стіл			я глибини міорелаксації					
13.	Електрокардіограф портативний	1 на операційний блок					12.	Стимулятор периферичних нервів для проведення провідникових анестезій (для відділень, які використовують провідникову анестезію)				1 на операційний блок	1 на операційний блок
14.	Електрокардіостимулятор зовнішній		1 на операційний блок		1 на 6 столів		13.	Електрокардіограф портативний	1 на операційний блок				
15.	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії	1 на операційний блок	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл			14.	Електрокардіостимулятор зовнішній				1 на операційний блок	1 на операційний блок
16.	Електровідсмоктувач	На кожен операційний стіл					15.	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії			1 на операційний блок	1 на 6 столів	1 на 3 столи
17.	Ларингоскоп з набором клинкі	На кожен операційний стіл					16.	Електровідсмоктувач	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл	На кожен операційний стіл		
18.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, пластичним бужем ларингеальною трубкою, щипцями	1 на операційний блок	1 на операційний блок	1 на 3 столи									

	Маггіла, оторозширювачем)				17.	Ларингоскоп з набором клинків	На кожен операційний стіл					
19.	Набір для конікопункції/ перкутанної дилятаційної трахеостомії	1 на операційний блок			18.	Відеоларингоскоп			1 на 3 столи	1 на операційний блок	1 на 3 столи	1 на операційний блок
20.	Обладнання для зігрівання хворих під час операцій (компресор для форсованого подання підігрітого повітря в конвекційні ковдри або провідникова зігріваюча система з гелевим матрацом)		1 на операційний блок	1 на 2 столи	На кожен операційний стіл	19.	Набір для складної інтубації (включно з провідниками, еластичним бужем, ларингеальною трубкою, щипцями Маггіла, роторозширювачем)		1 на операційний блок	1 на операційний блок		1 на операційний блок	1 на 3 столи
21.	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів	1 на операційний блок			20.	Набір для конікопункції /перкутанної трахеостомії	1 на операційний блок					
22.	Мішок ручної вентиляції	На кожен операційний стіл			21.	Обладнання для зігрівання хворих під час операцій (компресор для форсованого подання				1 на операційний блок	1 на 3 столи	На кожен операційний стіл

	легень (типу Амбу)												
23.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	3 на кожен операційний стіл								
24.	Столик маніпуляційний/ перев'язувальний пересувний	На кожен операційний стіл											
25.	Апарат УЗД цифровий із набором датчиків		1 на операційний блок	1 на операційний блок	2 на операційний блок								
26.	Фібробронхоскоп		1 на операційний блок	1 на операційний блок	2 на операційний блок								
27.	Аналізатор газів крові	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам операційного блоку з отримання результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору											
28.	Апарат для реінфузії крові		1 на операційний блок		1 на 6 столів								

*для закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності

	підігрітого повітря в конвекційні ковдри або провідникова зігріваюча система з гелевим матрацом)												
22.	Універсальна система підігріву і зберігання у теплому вигляді інфузійних розчинів				1 на операційний блок	1 на операційний блок							
23.	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу)	На кожен операційний стіл											
24.	Штатив для внутрішньовенних вливань	На кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	3 на кожен операційний стіл	2 на кожен операційний стіл	3 на кожен операційний стіл						
25.	Столик маніпуляційний/ пересувний медичної	На кожен операційний стіл											

	сестри-анестезистки					
26.	Апарат УЗД цифровий із набором датчиків				1 на операційний блок	1 на операційний блок
27.	Фібробронхоскоп				Цілодобова можливість проведення фібробронхоскопії для пацієнтів операційного блоку	Цілодобова можливість проведення фібробронхоскопії для пацієнтів операційного блоку
28.	Аналізатор газів крові	Цілодобова можливість проведення досліджень пацієнтам операційного блоку з отримання результатів протягом 15-20 хвилин з моменту забору				

	29.	Апарат для реінфузії крові				1 на операційний блок		1 на 6 столів

Директор Департаменту
високотехнологічної медичної допомоги та інновацій **Василь СТРІЛКА**
«___»_____2025 року