

**Аналіз
основних помилок здобувачів ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики**

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

№	<i>Основні ПОМИЛКИ</i>	<i>РЕКОМЕНДАЦІЇ</i>
1.	<u>НЕПРАВИЛЬНО:</u> - відсутність або не у достатній кількості та наявності обладнання, яке передбачене табелями матеріально-технічного оснащення;	<u>ПРАВИЛЬНО</u> Суб'єкт господарювання забезпечує матеріально-технічне оснащення, якого буде достатньо для надання медичної допомоги за відповідною спеціальністю, та яке передбачене табелями матеріально-технічного оснащення.
2.	<u>НЕПРАВИЛЬНО:</u> у пункті 7 (графа 4) Відомостей зазначати рециркулятори в кабінетах	<u>ПРАВИЛЬНО:</u> Суб'єкту господарювання рекомендовано забезпечити стерилізацію інструментарію, що підлягає стерилізації, відповідно до вимог наказу МОЗ від 11.08.2014 № 552 Примітка. ЗАБОРОНЕНО використовувати РЕЦИРКУЛЯТОРИ в ЗОЗ/ЗСЗ з метою знезараження повітря для профілактики передавання аерогенних інфекцій
3.	<u>НЕПРАВИЛЬНО:</u> відсутнє забезпечення суб'єктом господарювання стерилізації медичного оснащення відповідно до вимог наказу МОЗ від 11.08.2014 № 552	<u>ПРАВИЛЬНО:</u> необхідно зазначити окрему стерилізаційну кімнату Для прикладу: Графа 3: Стерилізаційна Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, 8,0 м. кв
4.		
5.	<u>НЕПРАВИЛЬНО:</u> відсутність аптечок в кабінетах для надання невідкладної медичної допомоги	<u>ПРАВИЛЬНО</u> Суб'єкт господарювання забезпечує кабінети, в яких буде провадити медичну практику, аптечками невідкладної медичної допомоги

6.	<p><u>НЕПРАВИЛЬНО:</u> - відсутність умов для дотримання та проведення контролю якості лікарських засобів</p>	<p><u>ПРАВИЛЬНО</u> Суб'єкт господарювання забезпечує умови для дотримання та проведення контролю якості лікарських засобів гігрометрами.</p>
	<p><u>НЕПРАВИЛЬНО:</u> ФОП зазначає приміщення та медичне обладнання, яке використовується під час хірургічних втручань</p>	<p><u>ПРАВИЛЬНО</u> Тільки ЗОЗ зазначає приміщення та медичне обладнання, яке використовується під час хірургічних втручань (наприклад: апарат</p>
7.	<p>пункт 7 Відомостей складений з порушенням пункту 14 Ліцензійних умов (в консультативних кабінетах наявне обладнання, що застосовується при хірургічних втручаннях);</p>	<p>лазерний для резекції і коагуляції, відсмоктувач хірургічний, набір хірургічний малий тощо). Примітка. ФОП ЗАБОРОНЕНО проводити хірургічні втручання.</p> <p>В кабінетах ЗОЗ де ведеться консультативний прийом мають бути відсутні: маніпуляційна, перев'язочна, процедурна.</p> <p>Примітка. ЗАБОРОНЕНО використовувати хірургічне обладнання (наприклад: апарат лазерний для резекції і коагуляції, відсмоктувач хірургічний, набір хірургічний малий тощо).</p>
8.	<p><u>НЕПРАВИЛЬНО:</u> - зазначати не повний перелік засобів вимірювальної техніки, який підлягає повірці, але зазначений у пункті 7 та у постанові КМУ від 04.06.2015 №374 - зазначати оснащення, яке не підлягає повірці відповідно до постанови КМУ від 04.06.2015 №374</p>	<p><u>ПРАВИЛЬНО:</u> Суб'єкт господарювання зазначає виключно ті засоби вимірювальної техніки, що зазначені в Переліку засобів вимірювальної техніки (постанова КМУ від 04.06.2015 №374) Для прикладу:</p> <p>1. Тонometr механічний LD-80, 05-2023, свідоцтво про повірку робочого ЗВТ № 508 від 02.05.2023 видане ДП «Укрметрестандарт».</p> <p>Не потрібно зазначати прилади, які повірці не підлягають.</p>
9.	<p><u>НЕПРАВИЛЬНО:</u> зазначати неповні реквізити документа про метрологічну повірку, а саме відсутня або дата або ким видано документ</p>	<p><u>ПРАВИЛЬНО:</u> тавро повірки за II квартал 2023 року від 07.06.2023, проставлені ДП «Київстандартметрологія»; свідоцтво про повірку №734-15 від 10.01.2023 видане ДП «Київстандартметрологія».</p> <p>Примітка. АКТ виконаних робіт не являється документом про повірку засобів вимірювальної техніки.</p>

10.

НЕПРАВИЛЬНО:

- задекларовано документ про метрологічну повірку, який не передбачений пунктом 3 розділу IV Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів виміральної техніки, що перебувають в експлуатації, затвердженого наказом Мінекономіки від 08.02.2016 №193

НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО:

Довідка про метрологічну повірку, лист про метрологічну повірку.

ПРАВИЛЬНО:

Суб'єкту господарювання рекомендовано ознайомитись з даним наказом для надання МОЗ достовірних даних щодо повірки засобів виміральної техніки.