

Додаток 2

до Державних медико-санітарних правил «Влаштування мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу та забезпечення біологічної безпеки в їхній роботі»

(пункт 8 розділу III)

**Опитувальник  
«Оцінка ризиків біобезпеки в лабораторії»**

<b>№ з/п</b>	<b>Запитання</b>	<b>Відповідь</b>	<b>Примітки</b>	<b>Рекомендовані заходи для усунення невідповідностей</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Чи відповідає площа та кількість приміщень лабораторії потребам виробничого процесу?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
2	Чи планування лабораторії (розміщення приміщень) забезпечує поточність руху ЗБМ таким чином аби уникати ризиків інфікування?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
3	Чи відокремлені інженерно приміщення лабораторії, а також вентиляційна система, від інших приміщень ЗОЗ, в тому числі інших структурних підрозділів, які проводять лабораторні дослідження?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
4	Чи відокремлені брудна і чиста зони повітряним шлюзом?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
5	Чи достатньо оснащене обладнанням і забезпечене витратними матеріалами кожне робоче місце лабораторії?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
6	Чи достатньо впорядковане кожне робоче місце в лабораторії, а саме: 1) чи розміщене обладнання і витратні матеріали таким чином, щоб зменшити ризики інфікування? 2) чи стільці / табурети дозволяють працівнику зручно працювати? 3) чи доступні на робочому місці СОП щодо робочих процесів, які виконуються на робочому місці?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
7	Чи кожне робоче місце комфортне для проведення робочих процесів, а саме: 1) чи робоче місце достатньо освітлене?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		

1	2	3	4	5
	2) чи на робочому місці дотримані параметри мікроклімату (температура, вологість і швидкість руху повітря)? 3) чи вчасно очищені, пройшли перевірку і замінені фільтри у кондиціонерах або спліт-системах (якщо встановлені)? 4) чи дроти і кабелі розміщені в захищених коробах або вбудовані у стіну?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні  <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні  <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
8	Чи наявне в лабораторії справне резервне джерело електроживлення?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
9	Чи забезпечено в лабораторії під'єднання до електроживлення для ШББ класу II протягом не більше ніж 15 секунд від моменту його відключення?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
10	Чи наявний план реагування на довготривале відключення електроенергії (понад спроможність резервного джерела)?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
11	Чи розміщення лабораторного обладнання і меблів не заважає вільному руху працівників і возиків / візків?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
12	Чи наявні постійне і резервне джерела водопостачання?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
13	Чи наявне джерело демінералізованої або дистильованої води?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
14	Чи ведеться паперова документація в межах брудної зони?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
15	Чи розміщені в робочих зонах візуальні нагадування «Не їсти, не пити і не курити!»?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
16	Чи дотримуються працівники вимог щодо заборони прийому їжі, напоїв та куріння в межах робочих зон?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
17	Чи захищені приміщення лабораторії від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, в тому числі чи наявна на вхідних дверях вивіска і знак біологічної безпеки?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
18	Чи зберігаються їжа та напої працівників лабораторії в окремому від витратних матеріалів та ЗБМ холодильнику?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
19	Чи дотримуються працівники вимог щодо очищення і дезінфекції поверхонь робочих місць?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
20	Чи наявні на робочих місцях СОП з ліквідації наслідків аварійних ситуацій?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		

1	2	3	4	5
21	Чи проводяться в лабораторії усі роботи високого ризику інфікування МБТ виключно у ШББ класу II?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
22	Чи проводиться щорічна валідація шаф біологічної безпеки?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
23	<p>Чи наявний в лабораторії посібник (збірник настанов) для працівників, який містить наступні теми:</p> <p>1) стандартні заходи захисту та заходи захисту, засновані на недопущення інфікування;</p> <p>2) правила безпечного управління відходами в лабораторії;</p> <p>3) правила поводження з небезпечними хімічними речовинами, які використовуються в лабораторії;</p> <p>4) правила надягання, носіння, знімання і управління відходами ЗІЗ;</p> <p>5) перелік і коротка інформаційна довідка щодо обов'язкових профілактичних щеплень працівників лабораторії;</p> <p>6) правила проведення постконтактної профілактики в лабораторії;</p> <p>7) правила пожежної безпеки в лабораторії;</p> <p>8) правила поводження з електроприладами в лабораторії.</p>	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні  <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні  <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні  <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
24	Чи доступні в достатній кількості ємності (контейнери / мішки) для збирання і транспортування медичних відходів?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
25	<p>Чи дотримуються в лабораторії правил безпечного поводження з небезпечними хімічними речовинами, а саме:</p> <p>1) чи наявні відповідні ємності для зберігання небезпечних хімічних речовин?</p> <p>2) чи наявні відповідні маркування на ємностях, в яких зберігаються небезпечні хімічні речовини (наприклад, назва, концентрація та дата придатності дезінфекційних засобів)?</p> <p>3) чи небезпечні хімічні речовини зберігаються відповідно до інструкцій виробника?</p> <p>4) чи наявні відповідні умови, засоби та витратні матеріали для управління відходами небезпечних хімічних речовин (за необхідності)?</p>	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні  <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні  <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні  <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		

1	2	3	4	5
26	Чи наявний графік проведення моніторингу і оцінки наявних ризиків інфікування в лабораторії?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
27	Чи забезпечена лабораторія засобами для гарантування безпеки працівників, а саме: 1) шафами біологічної безпеки? 2) безпечними центрифугами? 3) місцями для миття рук з милом і водою з проточною теплою водою? 4) диспенсерами зі спиртовмісним антисептиком для рук? 5) зонами для приймання душу? 6) наборами на випадок виникнення аварійної ситуації? 7) аптечками невідкладної медичної допомоги?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
28	Чи забезпечені працівники ЗІЗ, в тому числі на випадок виникнення аварійної ситуації?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
29	Чи наявні в лабораторії мийні та дезінфекційні засоби в достатній кількості, в тому числі на випадок виникнення аварійної ситуації?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
30	Чи вакциновані працівники лабораторії відповідно до вимог законодавства?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
31	Чи проходять працівники лабораторії медичні огляди відповідно до вимог законодавства?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
32	Чи наявні в лабораторії підтвердні документи щодо розбору аварійних ситуацій, в тому числі вжитих заходів для недопущення аварійних ситуацій в майбутньому?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
33	Чи пройшли медичні працівники лабораторії навчання і підготовку, в тому числі на робочому місці, щодо біобезпеки в лабораторії?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
34	Чи затверджено процедуру допуску працівників лабораторії до виконання професійних обов'язків, що включає питання біобезпеки в лабораторії?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		
35	Чи пройшли немедичні працівники лабораторії навчання і підготовку щодо біобезпеки в лабораторії?	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні		