ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
10 лютого 2026 року № 164

Примірний табель матеріально-технічного оснащення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам із гострим мозковим інсультом

№	Назва	Мінімальна кількість для інсультного блоку	Мінімальна кількість для інсультного центру	Примітка
І. В структурному підрозділі інсультного блоку або інсультного центру закладу охорони здоров’я				
1	Функціональне ліжко (чотирьохсекційне з можливістю зміни положення пацієнта; можливістю транспортування пацієнта; можливістю регулювання висоти ліжка; має бути стійке до дезінфікуючих засобів)	8	12	
2	Тумба приліжкова з інтегрованим столиком	1 на кожне ліжко	1 на кожне ліжко	
3	Приліжкова карта пацієнта	1 на кожне ліжко	1 на кожне ліжко	
4	Приліжковий монітор пацієнта з можливістю моніторингу: електрокардіограми; частоти дихання; частоти серцевих скорочень (ЧСС); неінвазивного вимірювання артеріального тиску; насичення крові киснем; температури тіла	1 на кожне ліжко	1 на кожне ліжко	

№	Назва	Мінімальна кількість для інсультного блоку	Мінімальна кількість для інсультного центру	Примітка
5	Портативний монітор пацієнта з можливістю моніторингу: електрокардіограми; частоти дихання; частоти серцевих скорочень (ЧСС); неінвазивного вимірювання артеріального тиску; насичення крові киснем; температури тіла	1	2	для використання при транспортуванні та під час нейровізуалізації;
6	Шприцевий насос	1 на кожне ліжко, додатково 3 на відділення	1 на кожне ліжко, додатково 4 на відділення	
7	Портативний 12- канальний електрокардіограф	1	1	
8	Глюкометр портативний	2	2	
9	Каталка медична з можливістю зміни положення тіла пацієнта; можливістю транспортування пацієнта; можливістю регулювання висоти каталки	2	3	
10	Крісло колісне	1 на кожні 4 ліжка	1 на кожні 4 ліжка	
11	Протипролежневий матрац	1 на кожне ліжко	1 на кожне ліжко	
12	Термометр безконтактний	2	2	
13	Пульсоксиметр	2	2	
14	Пристрої для ручного переміщення пацієнтів	1	2	
15	Виріб для вимірювання артеріального тиску	1 на кожні 4 ліжка	1 на кожні 4 ліжка	наявність манжет різного розміру
16	Стілець-туалет	1 на кожні 4 ліжка	1 на кожні 4 ліжка	
17	Дихальний портативний клапанний апарат (Мішок типу "Амбу") для дорослих	1	1	

№	Назва	Мінімальна кількість для інсультного блоку	Мінімальна кількість для інсультного центру	Примітка
18	Набори для люмбальної пункції	2	2	
19	Дефібрилятор мобільний, з можливістю проведення дефібриляції, кардіоверсії, зовнішньої синхронізованої кардіостимуляції	1	1	
20	Вакуумний аспіратор	1 на кожні 4 ліжка	1 на кожні 4 ліжка	може бути централізована мережа вакууму
21	Помпа для ентерального харчування	1	2	
22	Набори подушок для позиціонування пацієнта	1 на кожні 2 ліжка	1 на кожні 2 ліжка	клиновидні та прямокутні подушки, циліндри, напіввалики
23	Бактерицидний опромінювавач пересувний	2	2	
24	Портативний пристрій для швидкого тестування стану коагуляції (МНВ, АЧТЧ)	1	1	
25	Штатив інфузійний	1 на кожне ліжко, додатково 3 на відділення	1 на кожне ліжко, додатково 3 на відділення	може бути складовою частиною функціонального ліжка
26	Центральна станція моніторингу	1	1	
27	Комп’ютер стаціонарний/ портативний із доступом до локальної мережі та мережі інтернет	1 на кожне робоче місце медичного персоналу	1 на кожне робоче місце медичного персоналу	

№	Назва	Мінімальна кількість для інсультного блоку	Мінімальна кількість для інсультного центру	Примітка
ІІ. В закладі охорони здоров'я, в якому розміщений Інсультний блок або Інсультний центр				
1	Спіральний комп'ютерний томограф	1 (не менше 16 зрізів, з шприц-інжектором та відповідним програмним забезпеченням для проведення ангіографії)	1 (не менше 64 зрізів, з шприц-інжектором та відповідним програмним забезпеченням для проведення ангіографії та перфузійної оцінки головного мозку)	для інсультного блоку може бути замінений на магнітно-резонансний томограф; доступний цілодобово протягом тижня
2	Магнітно- резонансний томограф (з напруженістю магнітного поля не менше 1,5 Тесла)	1	1	для інсультного блоку може бути замінений на спіральний комп'ютерний томограф; доступний цілодобово протягом тижня
3	Цифрова ангіографічна рентгенівська система, оснащена нейроінтервенційними функціями та системою джерела безперебійного електроживлення (ДБЖ)	-	1	
4	Мікроскоп для проведення нейрохірургічних операцій	-	1	
5	Система ультразвукової візуалізації з можливістю трансторакальної ехокардіографії, візуалізації судин шиї та судин голови, судин нижніх кінцівок	1	1	

№	Назва	Мінімальна кількість для інсультного блоку	Мінімальна кількість для інсультного центру	Примітка
6	Система ультразвукової візуалізації з датчиками для трансезофагеальної ехокардіографії	-	1	
7	Мобільний рентген-апарат	-	1	
8	Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічн ого моніторингу з можливістю запису показників не менш ніж 72 години	2	3	
9	Набори для оротрахеальної інтубації	2	2	
10	Апарат штучного вентилювання легенів	2	3	
11	Портативний апарат штучного вентилювання легенів для транспортування пацієнтів	1	1	
12	Бронхоскоп	1	1	
13	Набір для трахеостомії	1	1	
14	Геманалізатор	1	1	
15	Аналізатор сечі	1	1	

№	Назва	Мінімальна кількість для інсультного блоку	Мінімальна кількість для інсультного центру	Примітка
16	Біохімічний аналізатор крові (для визначення креатиніну, сечовини, аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), С- реактивного білка, D- дімера, рівня натрію, калію та тропоніну; глікованого гемоглобіну (HbA1c), тиреотропного гормону (ТТГ), ліпідного спектру)	1	1	
17	Коагулометричний аналізатор	1	1	
18	Прикладне програмне забезпечення радіологічної системи архівації та передавання зображення (PACS)	-	1	

В.о. директора
Департаменту медичних послуг **Валерія СОРУЧАН**