

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ №3

Проект «Додаткове фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»»

Угода про позику № 9315-UA

Покупець: Міністерство охорони здоров'я України

Країна: Україна

Назва закупівлі: Обладнання для деконтамінації медичних відходів

Код закупівлі: RFB – 1.1.9

м. Київ, 29 квітня 2023 року

Керуючись положеннями п. 7.1 Розділу I. Інструкції учасникам торгів Запиту до подання тендерних пропозицій, надаються наступні роз'яснення запитань, які надійшли від учасників торгів:

- Запитання №1 (31)** Пункт 3.2 «Комплектація станції» та пункт 3.3 вводить такі терміни, як «вхідна насосна станція», «підкачуючий насос» та «гідроакумулятор» - «вхідна насосна станція для підтримки тиску в системі». Просимо деталізувати що мається на увазі під «вхідною насосною станцією»: вбудований насос в станції підготовки води чи окремо стоячий додатковий прилад? Що в даному випадку слід вважати «системою»: безпосередньо станцію підготовки води, чи комбінацію станції підготовки води та парового стерилізатору?
- «Підкачуючий насос»: просимо деталізувати призначення цього насосу в контексті «станції підготовки води». Куди саме він повинен підкачувати воду: з водопроводу в станцію очищення, чи із станції очищення в парогенератор?
- Під «Гідроакумулятором» мається на увазі резервуар (бак) для збору вже очищеної води? Якщо щось інше, то що саме?
- Відповідь №1 (В1)** Внесено зміни №2 до Запиту до подання тендерних пропозицій
- 32** Пункт 3.4 визначає наявність дискового механічного фільтру 130 мкм перед мембраною зворотного осмосу. По суті пункт описує, можливо, унікальне технічне рішення певного виробника. Чи будуть прийматись до розгляду станції очищення води з іншими технічними рішеннями (або їх відсутністю) за умови отримання на виході води необхідної якості для живлення парогенератору запропонованого парового стерилізатору та забезпечення його коректного функціонування?
- В2** Внесено зміни №2 до Запиту до подання тендерних пропозицій
- 33** Пункт 3.6 визначає, що «Система комплексної очистки води» повинна мати «функцію протиточного промивання, продуктивність не менше 1 м³/год». По суті пункт описує, можливо, унікальне технічне рішення певного виробника. Чи будуть прийматись до розгляду станції очищення води з іншими технічними рішеннями (або їх відсутністю) за умови отримання на виході води необхідної якості для живлення парогенератору запропонованого парового стерилізатору та забезпечення його коректного функціонування?
- В3** Внесено зміни №2 до Запиту до подання тендерних пропозицій
- 34** Пункт 3.7 визначає необхідність наявності двох манометрів в системі зворотнього осмосу. Просимо підтвердити, що «система зворотнього

осмосу» в даному контексті означає один із елементів (або стадію) очищення води в станції підготовки води для живлення парогенератора стерилізатора».

Наявність двох манометрів, можливо, описує унікальне технічне рішення певного виробника. Чи будуть прийматись до розгляду станції очищення води з іншими технічними рішеннями (або їх відсутністю) за умови отримання на виході води необхідної якості для живлення парогенератору запропонованого парового стерилізатору та забезпечення його коректного функціонування?

- В4** Внесено зміни №2 до Запиту до подання тендерних пропозицій
- 35** Пункт 3.9 визначає наявність «Гідроаккумулятору». Під «Гідроаккумулятором» мається на увазі резервуар (бак) для збору вже очищеної води? Якщо щось інше, то що саме?
- В5** Внесено зміни №2 до Запиту до подання тендерних пропозицій
- 36** Пункт 3.10 вимагає наявність « як мінімум чотирьох манометрів (вхід, вихід, після вхідного механічного фільтру та на зворотному осмосі) для відстеження стану системи». По суті пункт описує, можливо, унікальне технічне рішення певного виробника. Чи будуть прийматись до розгляду станції очищення води з іншими технічними рішеннями (або їх відсутністю) за умови отримання на виході води необхідної якості для живлення парогенератору запропонованого парового стерилізатору та забезпечення його коректного функціонування?
- В6** Внесено зміни №2 до Запиту до подання тендерних пропозицій
- 37** Пункт 3.12 визначає «Робочий тиск води на виході системи 2-4 бар / атмосфери». Хочемо зазначити що робочий тиск на виході системи в 2-4 бари не є необхідним для функціонування певних моделей парових стерилізаторів та парогенераторів. Це залежить від конструкції конкретного парогенератору стерилізатору і повинно розглядатись як комплекс чи поєднання «станція підготовки води» та «парогенератор». Чи будуть прийматись до розгляду станції очищення води з іншими технічними рішеннями (або їх відсутністю) за умови отримання на виході води необхідної якості для живлення парогенератору запропонованого парового стерилізатору та забезпечення його коректного функціонування?
- В7** Внесено зміни №2 до Запиту до подання тендерних пропозицій
- 38** пп. (б) п. 3.1 Критерії визначення кваліфікації (п.37.1 ІУТ) Розділу III – Критерії оцінки та визначення кваліфікації встановлено:
«Досвід відповідно специфіки торгів: Учасник повинен продемонструвати, що він успішно та суттєво завершив щонайменше один (1) договір на загальну суму не менше ніж еквівалент в **6,0 мільйонів доларів США** або щонайменше два (2) договори сума кожного з яких має становити не менше ніж еквівалент в **4,5 мільйонів доларів США** або щонайменше чотири (4) договори сума кожного з яких має становити не менше ніж еквівалент в **3,0 мільйонів доларів США** на постачання, встановлення та технічне обслуговування аналогічних товарів, які були успішно завершені Учасником торгів за останні 5 (п'ять) років, починаючи з 1 січня 2018 року. Документальні докази у вигляді переліку основних договорів (копії договорів) повинні включати всі деталі договору, такі як опис та вартість аналогічних товарів, кількість, терміни поставки, ім'я, адреса клієнта і номер телефону / факсу.
»

Просимо надати роз'яснити за яким розрахунком був встановлений вартісний критерій наявності договорів для учасників відповідно до частини (b) 3.1 Критерії визначення кваліфікації (п. 37.1 ІУТ).

B8

Встановлення критеріїв визначення кваліфікації є пропорційним обсягу закупівлі та очікуваній вартості майбутнього договору, з метою встановлення адекватних спроможностей та наявності відповідних ресурсів в постачальника для задовільного виконання договору.

Вимоги до проведення пост кваліфікації визначені в п. 6.27 Посібника Світового банку «Правила закупівель Світового банку для позичальників ФП»¹, редакція від листопада 2020 року.

¹ <https://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf>