

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ №4

Проект «Додаткове фінансування проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»»

Угода про позику № 9315-UA

Покупець: Міністерство охорони здоров'я України

Країна: Україна

Назва закупівлі: Обладнання для деконтамінації медичних відходів

Код закупівлі: RFB – 1.1.9

м. Київ, 15 травня 2023 року

Керуючись положеннями п. 7.1 Розділу I. Інструкції учасникам торгів Запиту до подання тендерних пропозицій, надаються наступні роз'яснення запитань, які надійшли від учасників торгів:

Запитання №1 (З1) Щодо можливості збільшення терміну виконання зобов'язання щодо постачання Товарів до 360 днів, у зв'язку з тим, що продукція не є типовою та передбачає індивідуальне виготовлення з урахуванням медико-технічних вимог, що їх викладено в тендерній документації та процедури тестування на заводі виробника для гарантовано безпечної роботи.

Відповідь №1 (В1) Максимальні терміни для постачання Товарів визначені Запитом до подання тендерних пропозицій встановлені відповідно до потреб Покупця. Зміни до Запиту до подання тендерних пропозицій не планується вносити.

З2 Системи очищення води, що є невід'ємною частиною поставки основного обладнання, мають бути сумісними і відповідати вимогам належного функціонування основного обладнання можуть мати різницю в технічних рішеннях, що використовуються різними виробниками. Просимо розглядати пропозиції систем очищення води в складі пропозиції, що гарантовано забезпечать належне функціонування основного обладнання, але матимуть відхилення від технічних вимог, викладених в тендерній документації.

В2 Оцінка поданих пропозицій відбувається відповідно до положень частини Е. Оцінка та порівняння тендерних пропозицій Розділу I – Інструкції учасникам торгів Тендерної документації.

З3 Щодо передбачення можливості використання альтеративної технології для деконтамінації медичних відходів, а саме мікрохвильова обробка з вбудованим подрібнювачем.

В3 Використання вказаної технології для Покупця несе наступні ризики:

- неможливість валідації даного методу. Виробник несе відповідальність за те, що такий метод буде працювати і тільки виробник може сказати, що після використання процедури оброблення медичних відходів ці відходи стануть придатними для вторинного перероблення;
- відповідно до чинного законодавства, рекомендацій ВООЗ на ринок, в тому числі України, поставляються обладнання разом з шредером, який включений в мікрохвильову обробку. Основною метою обладнання, що закуповується є можливість вторинного перероблення медичних відходів з пластику та полівінілхлориду. Нажаль полівінілхлорид, зазвичай, не є єдиним елементом медичного виробу. В результаті пропуску медичних відходів через

шредер буде неможливо їх передати на вторинну переробку.

- шредер працює з відходами, які ще не піддалися обробленню, тобто з відходами які є небезпечними, тому існують величезні ризики інфікування працівників, які з цим обладнанням.

Зміни до Запиту до подання тендерних пропозицій не планується вносити.

34 Відповідно до вимог підпункту (b) Досвід відповідно специфіки торгів пункту 3.1 Критерії визначення кваліфікації (п.37.1 ІУТ) Розділу III – Критерії оцінки та визначення кваліфікації визначена вимога щодо надання свідчення виконання договорів постачання, встановлення та технічне обслуговування аналогічних товарів, які були успішно завершені Учасником торгів за останні 5 (п'ять) років, починаючи з 1 січня 2018 року.

Чи буде вважатися достатнім досвід відповідно специфікації торгів, якщо аналогічні договори будуть надані за 2013-2022 роки?

В4 Відповідно до встановлених вимог, до врахування відповідності кваліфікаційних вимог будуть прийматись документальні свідчення за встановлений період, а саме за останні 5 (п'ять) років, починаючи з 1 січня 2018 року.