

Додаток 7
до Заходів та засобів щодо
попередження інфікування
при проведенні догляду за
пацієнтами
(пункт 3 розділу II)

Порівняння медичних рукавичок, виготовлених з різних матеріалів

Властивості матеріалу	Латекс	Нітрил	Вініл
Захист від хімічних речовин	середній	високий	низький
Захист від розчинників	низький	високий	низький
Захист від вуглеводнів	низький	високий	низький
Захист від кислот та лугів	високий	високий	середній
Захист від спиртів	середній	високий	низький
Біологічний захист	високий	середній	низький
Противірусний	високий	середній	низький
Протибактеріальний	високий	середній	низький
Опір на розрив	середній	середній	низький
Опір порізам та проколам	низький	середній	низький
Комфорт	високий	високий	середній
Імовірність алергії і подразнень	висока	низька	низька
Розтяжність матеріалу	висока	середня	низька
Біорозкладність	висока	низька	низька

Генеральний директор Direktoraty
громадського здоров'я

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ