

Додаток 2

до Державних медико-санітарних правил «Влаштування мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу та забезпечення біологічної безпеки в їхній роботі»

(пункт 8 розділу III)

**Опитувальник
«Оцінка ризиків біобезпеки в лабораторії»**

| № з/п | Запитання | Відповідь | Примітки | Рекомендовані заходи для усунення невідповідностей |
|-------|--|--|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чи відповідає площа та кількість приміщень лабораторії потребам виробничого процесу? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 2 | Чи планування лабораторії (розміщення приміщень) забезпечує поточність руху ЗБМ таким чином аби уникати ризиків інфікування? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 3 | Чи відокремлені інженерно приміщення лабораторії, а також вентиляційна система, від інших приміщень ЗОЗ, в тому числі інших структурних підрозділів, які проводять лабораторні дослідження? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 4 | Чи відокремлені брудна і чиста зони повітряним шлюзом? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 5 | Чи достатньо оснащене обладнанням і забезпечене витратними матеріалами кожне робоче місце лабораторії? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 6 | Чи достатньо впорядковане кожне робоче місце в лабораторії, а саме: 1) чи розміщене обладнання і витратні матеріали таким чином, щоб зменшити ризики інфікування? 2) чи стільці / табурети дозволяють працівнику зручно працювати? 3) чи доступні на робочому місці СОП щодо робочих процесів, які виконуються на робочому місці? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 7 | Чи кожне робоче місце комфортне для проведення робочих процесів, а саме: 1) чи робоче місце достатньо освітлене? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|---|---|
| | 2) чи на робочому місці дотримані параметри мікроклімату (температура, вологість і швидкість руху повітря)? 3) чи вчасно очищені, пройшли перевірку і замінені фільтри у кондиціонерах або спліт-системах (якщо встановлені)? 4) чи дроти і кабелі розміщені в захищених коробах або вбудовані у стіну? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 8 | Чи наявне в лабораторії справне резервне джерело електроживлення? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 9 | Чи забезпечено в лабораторії під'єднання до електроживлення для ШББ класу II протягом не більше ніж 15 секунд від моменту його відключення? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 10 | Чи наявний план реагування на довготривале відключення електроенергії (понад спроможність резервного джерела)? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 11 | Чи розміщення лабораторного обладнання і меблів не заважає вільному руху працівників і возиків / візків? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 12 | Чи наявні постійне і резервне джерела водопостачання? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 13 | Чи наявне джерело демінералізованої або дистильованої води? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 14 | Чи ведеться паперова документація в межах брудної зони? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 15 | Чи розміщені в робочих зонах візуальні нагадування «Не їсти, не пити і не курити!»? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 16 | Чи дотримуються працівники вимог щодо заборони прийому їжі, напоїв та куріння в межах робочих зон? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 17 | Чи захищені приміщення лабораторії від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, в тому числі чи наявна на вхідних дверях вивіска і знак біологічної безпеки? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 18 | Чи зберігаються їжа та напої працівників лабораторії в окремому від витратних матеріалів та ЗБМ холодильнику? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 19 | Чи дотримуються працівники вимог щодо очищення і дезінфекції поверхонь робочих місць? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 20 | Чи наявні на робочих місцях СОП з ліквідації наслідків аварійних ситуацій? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|---|---|
| 21 | Чи проводяться в лабораторії усі роботи високого ризику інфікування МБТ виключно у ШББ класу II? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 22 | Чи проводиться щорічна валідація шаф біологічної безпеки? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 23 | <p>Чи наявний в лабораторії посібник (збірник настанов) для працівників, який містить наступні теми:</p> <p>1) стандартні заходи захисту та заходи захисту, засновані на недопущення інфікування;</p> <p>2) правила безпечного управління відходами в лабораторії;</p> <p>3) правила поведження з небезпечними хімічними речовинами, які використовуються в лабораторії;</p> <p>4) правила надягання, носіння, знімання і управління відходами ЗІЗ;</p> <p>5) перелік і коротка інформаційна довідка щодо обов'язкових профілактичних щеплень працівників лабораторії;</p> <p>6) правила проведення постконтактної профілактики в лабораторії;</p> <p>7) правила пожежної безпеки в лабораторії;</p> <p>8) правила поведження з електроприладами в лабораторії.</p> | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 24 | Чи доступні в достатній кількості ємності (контейнери / мішки) для збирання і транспортування медичних відходів? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 25 | <p>Чи дотримуються в лабораторії правил безпечного поведження з небезпечними хімічними речовинами, а саме:</p> <p>1) чи наявні відповідні ємності для зберігання небезпечних хімічних речовин?</p> <p>2) чи наявні відповідні маркування на ємностях, в яких зберігаються небезпечні хімічні речовини (наприклад, назва, концентрація та дата придатності дезінфекційних засобів)?</p> <p>3) чи небезпечні хімічні речовини зберігаються відповідно до інструкцій виробника?</p> <p>4) чи наявні відповідні умови, засоби та витратні матеріали для управління відходами небезпечних хімічних речовин (за необхідності)?</p> | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|---|
| 26 | Чи наявний графік проведення моніторингу і оцінки наявних ризиків інфікування в лабораторії? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 27 | Чи забезпечена лабораторія засобами для гарантування безпеки працівників, а саме: 1) шафами біологічної безпеки? 2) безпечними центрифугами? 3) місцями для миття рук з милом і водою з проточною теплою водою? 4) диспенсерами зі спиртовмісним антисептиком для рук? 5) зонами для приймання душу? 6) наборами на випадок виникнення аварійної ситуації? 7) аптечками невідкладної медичної допомоги? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 28 | Чи забезпечені працівники ЗІЗ, в тому числі на випадок виникнення аварійної ситуації? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 29 | Чи наявні в лабораторії мийні та дезінфекційні засоби в достатній кількості, в тому числі на випадок виникнення аварійної ситуації? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 30 | Чи вакциновані працівники лабораторії відповідно до вимог законодавства? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 31 | Чи проходять працівники лабораторії медичні огляди відповідно до вимог законодавства? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 32 | Чи наявні в лабораторії підтвердні документи щодо розбору аварійних ситуацій, в тому числі вжитих заходів для недопущення аварійних ситуацій в майбутньому? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 33 | Чи пройшли медичні працівники лабораторії навчання і підготовку, в тому числі на робочому місці, щодо біобезпеки в лабораторії? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 34 | Чи затверджено процедуру допуску працівників лабораторії до виконання професійних обов'язків, що включає питання біобезпеки в лабораторії? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |
| 35 | Чи пройшли немедичні працівники лабораторії навчання і підготовку щодо біобезпеки в лабораторії? | <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні | | |