



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ № 5

засідання

Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров'я

м. Київ

16 червня 2022 року (о 16.15)

МОЗ

(режим ZOOM конференції)

Присутні на засіданні члени Комісії:

Марія КАРЧЕВИЧ	заступник Міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, голова Комісії;
Петро ЄМЕЦЬ	заступник Міністра охорони здоров'я України, заступник голови Комісії;
Олександр КОМАРІДА	перший заступник Міністра охорони здоров'я України;
Богдан БОРУХОВСЬКИЙ	заступник Міністра охорони здоров'я України;
Олександра МАШКЕВИЧ	генеральний директор Директорату медичних послуг;
Олексій ДАНИЛЕНКО	в. о. генерального директора Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності;
Іван ЗАДВОРНИХ	в. о. генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення;
Олена САВІЧЕВА	генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я;
Ірина РЕВУН	начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер;

Вадим ЛІСОВСЬКИЙ	завідувач Сектору супроводу інвестиційних проєктів Фінансово-економічного департаменту;
Олена ЛЕВЧЕНКО	в. о. завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції;
Євгеній ГОНЧАР	державний експерт експертної групи формування політики закупівель медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів Директорату медичних послуг;
Михайло РАДУЦЬКИЙ	голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою);
Оксана ЖОЛНОВИЧ	генеральний директор Директорату соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента України (за згодою);
Наталія ГУСАК	голова Національної служби здоров'я України (за згодою);
Анастасія ХАЛЄЄВА	директор Директорату функціонального розвитку цифровізації Міністерства цифрової трансформації України (за згодою);
Дорін РОТАРУ	консультант з надзвичайних ситуацій/польових операцій Всесвітньої організації охорони здоров'я (за згодою);
Антон БАЙДЕР	державний експерт експертної групи з питань реєстрації лікарських засобів та дезінфікуючих засобів Директорату фармацевтичного забезпечення, секретар Комісії

Запрошені учасники:

Альона ЖУЖА	заступник генерального директора з розвитку інформаційних технологій державного підприємства «Медичні закупівлі України» (за згодою);
Арсен ЖУМАДІЛОВ	генеральний директор державного підприємства «Медичні закупівлі України», перебуває на військовій службі, (за згодою залучений, як експерт)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд проведеного аналіз ринку й кваліфікацію постачальників за предметами закупівлі згідно з Номенклатурою:

- 1) Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт);
- 2) Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу;
- 3) Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 5 кВт);
- 4) Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 5 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу, наданих державним підприємством «Медичні закупівлі України» листами від 16.06.2022 № 01/361-06/2022 та від 16.06.2022 № 01/362-06/2022.

2. Визначення кількості медичного обладнання до закупівлі за результатами проведеного аукціону державним підприємством «Медичні закупівлі України» та визначення розподілу медичного обладнання відповідно до потреби.

ВИСТУПИЛИ:

Марія Карчевич, заступник Міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, голова Комісії, поінформувала про проведену роботу із задоволення потреб охорони здоров'я та механізм використання коштів, що надійшли на рахунок для задоволення потреб охорони здоров'я, відповідно до Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 491.

Ірина Ревун, начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер, повідомила, що станом на 16.06.2022 року на рахунку МОЗ в Національному Банку України:

47 284 728,70 гривень,
444,00 Євро (еквівалент – 13 571,75 гривень),
244 160,00 дол.США (еквівалент – 7 142 876,38 гривень).
Усього у гривневому еквіваленті: 54 441 176,83 гривні.

1. Розгляд проведеного аналіз ринку й кваліфікацію постачальників за предметами закупівлі згідно з Номенклатурою:

- 1) Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт);
- 2) Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу;
- 3) Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 5 кВт);
- 4) Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 5 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу, наданих державним підприємством «Медичні закупівлі України» листами від 16.06.2022 № 01/361-06/2022 та від 16.06.2022 № 01/362-06/2022.

Арсен Жумаділов, генеральний директор державного підприємства «Медичні закупівлі України», Альона Жужа, заступник генерального директора з розвитку інформаційних технологій державного підприємства «Медичні закупівлі України» звернули увагу, що С-арки, запропоновані деякими учасниками, відповідають технічним вимогам до всіх 4-х предметів закупівель, тому були допущені до 4-х аукціонів. Таким чином, окремі учасники аукціонів запропонували однаковий товар в усіх закупівлях. При цьому під кількістю товарів зазначена загальна спроможність учасника забезпечити продукцією потреби замовника. Дану інформацію необхідно враховувати при розрахунку фактичної кількості товарів, які зможе поставити контрагент протягом визначеного строку.

ДП «Медичні закупівлі України» у своїй діяльності неухильно дотримується вимог законодавства, а також постійно працює над удосконаленням прозорості та ефективності закупівельного процесу.

З огляду на вищезазначене вважаємо за доцільне поінформувати про факти, які можуть негативно впливати на прозорість та ефективність медичних закупівель.

Так, ДП «Медичні закупівлі України» у процесі розробки медико-технічних вимог до медичного обладнання та аналізу документів потенційних постачальників виявлено, що керівником ДУО «Політехмед» Р. Картавцев як очільником інституції підписано документи щодо сертифікації медичного обладнання конкретного постачальника, при цьому одночасно надано пропозиції стосовно конкретних медико-технічних характеристик медичного обладнання (рентгенівської установки з С-аркою з генератором від 5 кВт).

Звертаємо увагу, що це може негативно впливати на конкуренцію у закупівельному процесі через потенційні ризики наявності конфлікту інтересів у здійсненні генеральним директором ДУО «Політехмед» одночасно службових та представницьких повноважень як керівника органу з оцінки відповідності та члена відповідного колегіального органу при МОЗ України.

Ураховуючи вказані потенційні ризики, з метою дотримання вимог законодавства в закупівлях, просимо врахувати надану інформацію під час ухвалення відповідних рішень задля підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель.

За результатами аукціонів отримано такі результати:

Назва предмета закупівлі	Назва моделі, виробник	Ціна од. товару за результатами аукціону, грн без ПДВ	Запропонована кількість до постачання з урахуванням орієнтовних строків
Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт)	"FDX Visionary-C ", A.T.S. Applicazione Special SRL, Італія	5 600 000,00	2 - 2,5 міс.
	"Carmex RK FP", Italtay, Італія	3 880 000,00	5 шт. (липень) + 10 шт. щомісяця
	"OMNISCOP FP S", Radiologia SA, Іспанія	3 189 000,00	2 шт. до 01.08 + 15 шт. - протягом 90 діб + по 15 щомісяця
	"Cios Select", Siemens, Німеччина	2 586 000,00	30 шт -8 тижнів, 15 - на наступний місяць після перших 30
	"Zenition 70 (на базі 12-дюймового плоскопанельного детектора)", Philips, Нідерланди	2 400 000,00	5 шт-вересень, 10-жовтень, 15-листопад, 15-грудень, 15-січень, 15-лютий, 15-березень, 7-квітень
	"Zenition 70 (на базі 12-дюймового плоскопанельного детектора)", Philips, Нідерланди	2 370 000,00	25 шт. - 30 р.д. після передплати, інші 70 шт. - 60 р.д.
	"TCA 7", Technix, Італія	2 364 700,00	5 шт. - 21 день, по 10 шт. наступні місяці
	"Zenition 70 (на базі 12-дюймового плоскопанельного детектора)", Philips, Нідерланди (стіл "SU-2", Famed, Польща)	6 100 000,00	5 шт-вересень, 10-жовтень, 15-листопад, 15-грудень, 15-січень, 15-лютий, 15-березень, 7-квітень

Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу	"FDX Visionary-C ", A.T.S. Applicazione Special SRL, Італія (рентгенопрозорий стіл-каталка в комплекті)	5 820 000,00	2-2,5 місяці
	"Carmex RK FP", Italray, Італія (стіл "SZ-01" Famed Польща)	4 220 000,00	5 шт. (липень) + 10 шт. щомісяця
	"OMNISCOP FP S", Radiologia SA, Іспанія (стіл "Medifa 5000", Німеччина)	2 694 000,00	2 шт. до 01.08 + 15 шт. - протягом 90 діб + по 15 щомісяця
	"Cios Select", Siemens, Німеччина (стіл "MOBILINE 665", Туреччина)	2 680 000,00	25 шт. - 30 р.д. після передплати, інші 70 шт. - 60 р.д.
	"TCA 7", Technix, Італія (стіл "BT-ra", Zhangjiagang Bestran Technology, Китай)	2 677 140,00	5 шт. - 21 день, по 10 шт. наступні місяці

Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 5 кВт)	"Carmex RK FP", Italray, Італія	3 880 000,00	5 шт. (липень) + 10 щомісяця
	"Zenition 70 (на базі 12-дюймового плоскопанельного детектора)", Philips, Нідерланди	3 800 000,00	5 шт.-вересень, 10-жовтень, 15-листопад, 15-грудень, 15-січень, 15-лютий, 15-березень, 7-квітень
	"Arcovis", Villa Sistemi Medical, Італія	3 550 000,00	60-90 днів
	"OMNISCOP FP S", Radiologia SA, Іспанія	2 650 000,00	2 шт. - 01.08 + 15 шт. - протягом 90 діб + по 15 щомісяця
	"TCA 7", Technix, Італія	2 649 500,00	5 шт. - 21 день, по 10 шт. наступні місяці

Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 5 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу	"Carmex RK FP", Italray, Італія (стіл "SZ-01" Famed, Польща)	4 220 000,00	5 шт. (липень) + 10 щомісяця
	"Zenition 70 (на базі 12-дюймового плоскопанельного детектора)", Philips, Нідерланди (стіл "БІОМЕД МТ300", Китай)	3 900 000,00	5 шт.-вересень, 10-жовтень, 15-листопад, 15-грудень, 15-січень, 15-лютий, 15-березень, 7-квітень
	"OMNISCOP FP S", Radiologia SA, Іспанія (стіл рентгенпрозорий в комплекті)	3 090 000,00	2 шт. - 01.08 + 15 шт. - протягом 90 діб + по 15 щомісяця
	"TCA 7", Technix, Італія (стіл "BT-ra", Zhangjiagang Bestran Technology, Китай)	2 838 000,00	5 шт. - 21 день, по 10 шт. наступні місяці

З урахуванням отриманої інформації учасниками засідання наголошено, що слід розглядати до закупівлі позицію «Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу» (10 одиниць), а також підготувати медико-технічні вимоги для додаткової закупівлі рентгенівських установок з С-аркою експертного класу з метою ефективного використання та надання медичної допомоги в повному обсязі.

2. Визначення кількості медичного обладнання до закупівлі за результатами проведеного аукціону державним підприємством «Медичні закупівлі України» та визначення розподілу медичного обладнання відповідно до потреби.

Після проведеного обговорення до голосування запропоновано до голосування варіанти позицій «Рентгенівська установка з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорим столом і набором рентгензахисного одягу» з найнижчою ціною пропозицією з метою ефективного використання наявних коштів:

1. "TCA 7", Technix, Італія (стіл "BT-ra", Zhangjiagang Bestran Technology, Китай), 10 одиниць.

Голосування: «за» - 0.

2. "Cios Select", Siemens, Німеччина (стіл "MOBILINE 665", Туреччина), 10 одиниць.

Голосування: «за» - Дорін Ротару, Анастасія Халєєва, Євгеній Гончар.

3. "TCA 7", Technix, Італія (стіл "BT-ra", Zhangjiagang Bestran Technology, Китай) - 5 одиниць, "Cios Select", Siemens, Німеччина (стіл "MOBILINE 665", Туреччина) - 5 одиниць.

Голосування: «за» - Марія Карчевич, Петро Ємець, Олександр Комаріда, Богдан Боруховський, Олександра Машкевич, Олексій Даниленко, Іван Задворних, Олена Савічева, Ірина Ревун, Вадим Лісовський, Михайло Радущкий, Оксана Жолнович, Наталія Гусак.

«Утримались» - Олена Левченко.

За результатами голосування (13 "за") обрано до закупівлі: "TCA 7", Technix, Італія (стіл "BT-ra", Zhangjiagang Bestran Technology, Китай) - 5 одиниць, "Cios Select", Siemens, Німеччина (стіл "MOBILINE 665", Туреччина) - 5 одиниць.

Учасниками засідання наголошено, що при розподілі 10 одиниць цього медичного обладнання слід пріоретизувати прифронтові регіони та ті, які активно залучаються до надання медичної допомоги пораненим і постраждалим. За результатами обговорення ухвалено рішення про задоволення потреб відомчих закладів охорони здоров'я, підпорядкованих Міноборони, у кількості 5 одиниць (розподіл буде наданий Командуванням Медичних сил Збройних Сил України), та закладів охорони здоров'я у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях у кількості 5 одиниць (по 1 на область) (розподіл буде верифіковано з структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних військових адміністрацій).

Відповідно до цього запропоновано такий розподіл згідно з поданими потребами закладів:

Заклади	Область	Кількість одиниць
Заклади охорони здоров'я , підпорядковані Міноборони		5
Відповідно до інформації структурного підрозділу з питань охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації	Миколаївська	1
Відповідно до інформації структурного підрозділу з	Харківська	1

питань охорони здоров'я
Харківської обласної військової
адміністрації

Відповідно до інформації структурного підрозділу з питань охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації	Дніпропетровська	1
--	------------------	---

Відповідно до інформації структурного підрозділу з питань охорони здоров'я Сумської обласної військової адміністрації	Сумська	1
---	---------	---

Відповідно до інформації структурного підрозділу з питань охорони здоров'я Запорізької обласної військової адміністрації	Запорізька	1
--	------------	---

Усього		10
--------	--	----

ВИРІШИЛИ:

1. Ухвалити рішення щодо закупівлі 10 одиниць рентгенівських установок з С-аркою (з генератором від 2,3 кВт) з рентгенпрозорими столами і наборами рентгензахисного одягу ("ТСА 7", Technix, Італія (стіл "BT-ra", Zhangjiagang Bestran Technology, Китай) - 5 одиниць, "Cios Select", Siemens, Німеччина (стіл "MOBILINE 665", Туреччина) - 5 одиниць) для задоволення потреб сфери охорони здоров'я відповідно до проговореного розподілу.

2. Державному підприємству «Медичні закупівлі України» провести процедуру закупівлі відповідно до рішення Комісії.

Голова Комісії

Марія КАРЧЕВИЧ

Секретар Комісії

Антон БАЙДЕР